

## 梱包方法と発送時のご注意

### 1. お送りいただく際の梱包資材

製造元よりお送りする空箱の中に緩衝材と付属品(袋)が含まれています。



### 2. 梱包の前に

梱包される前に電源 OFF の状態でハッチ(測定部)を開き、マイクロプレートを装着するテーブル(穴が96ヶ所空いているもの)を手で装置内部に移動させ、輸送中に動かないようテープ等で固定し、プレートキャリア固定材を入れて梱包ください。



### 3. ウェルリーダーSK603/MP-96 の梱包

ウェルリーダーSK603/MP-96 を付属のビニール袋に入れ、上下左右に緩衝材を詰めた輸送箱に梱包してください。



※依頼品本体のみをお送りください。

### 4. 発送

#### 【ご送付先】

〒173-0026 東京都板橋区中丸町 49-6  
株式会社サイニクス 品質管理課 宛  
電話番号 03-3959-1351

- ※ 送り状の内容欄に以下を記載してください。
  - 「精密機器、取扱注意」
  - 「機種名、機器のシリアルナンバー」
- ※ 発送はクロネコヤマトの宅急便で**元払い**にてお送りください(30万円の保険が付保されます)。他社便をご利用のときは「元払い(発送者負担)」にて30万円の保険にご加入のうえ、お送りください。

#### 【お問い合わせ】

生化学工業株式会社 海外事業推進部 LALグループ

TEL: 03-5220-8953

E-mail: lal-cal@seikagaku.co.jp