



2023年5月

お客さま 各位

生化学工業株式会社

海外事業推進部 LALグループ
〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6-1
Telephone:03-5220-8953
Facsimile :03-5220-8956

ウェルリーダーSK603/MP-96 とウェルリーダーアドバンスの 相関性に関して

拝啓

時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、ウェルリーダーアドバンスとウェルリーダーSK603/MP-96 との相関性につき、下記のとおり、お知らせいたします。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

評価機種:


- ーウェルリーダーアドバンス
- ーウェルリーダーSK603/MP-96

評価方法:

エンドトキシン標準品(0.1~0.0015625EU/mL 4倍希釈)を両機種で測定し、得られた測定値を比較した。

結果:

測定値は、両機種間において良好な相関性を示した。



以上

【お問い合わせ先】

生化学工業株式会社 LALグループ
TEL: 03-5220-8953 FAX: 03-5220-8956
E-mail: lal@seikagaku.co.jp